

PROPOZYCJA - ZESTAWIENIE LG-1

**WYPOSAŻENIE W MEBLE RUCHOME, ZABUDOWĘ STAŁĄ I WYPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY
PROPOZYCJA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z ZAMAWIAJACYM**

– GABINET PIELEGNIARKI - A.1.2.22

– GABINET STOMATOLOGA - A.1.2.21

POMIESZCZENIE NR A.1.2.22 – GABINET PIELEGNIARKI		
l.p	OPIS	UWAGI
1	Fotel obrotowy Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną zmywalną, podstawa chromowana, kolumna chromowana, kółka dostosowane do typu powierzchni, podłokietnik regulowany, fotel wyposażony w mechanizm multiblock zapewniający możliwość: swobodnego kołysania się, blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacji wysokości fotela, regulacji siły oporu oparcia pozwalającą na dostosowanie oporu do wagi i gabarytów użytkownika krzesła, zabezpieczenia przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika. Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Poza zakresem opracowania
2	Taboret obrotowy lekarski z oparciem Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną zmywalną, konstrukcja wykonana w sposób pozwalający na łatwe utrzymanie czystości. Taboret z możliwością regulowania wysokości siedziska wraz z oparciem. Podstawa chromowana ze wsparciem na nogi. Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Poza zakresem opracowania
3	Taboret obrotowy lekarski Siedzisko tapicerowane tkaniną zmywalną, konstrukcja wykonana w sposób pozwalający na łatwe utrzymanie czystości. Taboret z możliwością regulowania wysokości siedziska. Podstawa chromowana ze wsparciem na nogi. Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Poza zakresem opracowania
4	Kozetka lekarska o wym.: 188x55x51 Leżanka tapicerowana tkaniną zmywalną, konstrukcja wykonana w sposób pozwalający na łatwe utrzymanie czystości z kołami jezdny z blokadą. Leżanka z poziomowanym niezależnie wezglowiem, wyposażona w uchwyt na prześcieradło jednorazowe. Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Poza zakresem opracowania
5	Biurko lekarskie o wym.: 140x80x74 z podwieszonym kontenerem z dwoma metalowymi szufladami dostosowanymi do formatów na karty chorób pacjentów. Szuflady z zamkiem centralnym. Konstrukcja wykonana w sposób pozwalający na łatwe utrzymanie czystości. Blat biurka wykonany z płyty laminowanej. Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Poza zakresem opracowania
6	Szafa lekarska o wym.: 80x43,5x189 na kółkach Korpus szafy wykonany z blachy gr.0,8 mm. Szafa dzielona na dwie komory, górna z drzwiami przeszkłonymi (szkło bezpieczne) z półkami szklanymi (szkło bezpieczne) przestawnymi co 25mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna komora z półką metalową z drzwiami metalowymi. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglującym drzwi w dwóch punktach. Szafa na 4 kółkach (2 z hamulcami). Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Poza zakresem opracowania

POMIESZCZENIE NR A.1.2.22 – GABINET PIELEGNIARKI		
7	2-skrzydłowy parawan medyczny o wym. dl. 134, h=165cm w stabilnej ramie wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo. Konstrukcja oparta na podstawie z kółkami z hamulcem. Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Poza zakresem opracowania
8	Waga lekarska ze wzrostomierzem 2m wyposażona w miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Waga posiada możliwość wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI (Body Mass Index), wzrostomierz max=2m, dokładność ważenia w zakresie do 0 do 100 kg = 50 g. Urządzenie przeznaczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Poza zakresem opracowania
9	Tablica Snellena o wym. 56x39,5x6cm profesjonalna elektroniczna tablica okulistyczna z funkcją podświetlania do badania i oceny ostrości wzroku, sterowana bezprzewodowo z wykorzystaniem pilota na podczerwień. Urządzenie przeznaczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Poza zakresem opracowania

POMIESZCZENIE NR A.1.2.21 – GABINET STOMATOLOGA		
l.p	OPIS	UWAGI
1	Fotel obrotowy Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną zmywalną, podstawa chromowana, kolumna chromowana, kółka dostosowane do typu powierzchni, podłokietnik regulowany, fotel wyposażony w mechanizm multiblock zapewniający możliwość: swobodnego kołysania się, blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach, regulacji wysokości fotela, regulacji siły oporu oparcia pozwalającą na dostosowanie oporu do wagi i gabarytów użytkownika krzesła, zabezpieczenia przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika. Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Poza zakresem opracowania
2	Taboret obrotowy lekarski z oparciem Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną zmywalną, konstrukcja wykonana w sposób pozwalający na łatwe utrzymanie czystości. Taboret z możliwością regulowania wysokości siedziska wraz z oparciem. Podstawa chromowana ze wsparciem na nogi. Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Poza zakresem opracowania

POMIESZCZENIE NR A.1.2.21 – GABINET STOMATOLOGA		
3	Fotel stomatologiczny (unity stomatologiczne) unit analogowy - sterowany z użyciem panelu sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD parametrów pracy instrumentów i fotela. Pozwala na dokładną regulację pracy instrumentów: mikrosilnik, turbina i skaler. Cechy fotela: stabilna, masywna konstrukcja - blok spluwaczki posadowiony na podłożu z niezależnie pracującym fotelem pacjenta, fotel pacjenta o udźwigu max. 190kg, 3-drożna dmuchawko-strzykawka na stoliku lekarza, bezszczotkowy mikrosilnik o mocy 3,3 Ncm ze światłem LED (zakres obrotów 1000-40000 obr./min), moduł turbinowy ze światłem, lampa polimeryzacyjna T-LED, moduł skalera piecoselektrycznego (z 4 ostrzami), mechaniczny hamulec stolika lekarza, operacyjna lampa halogenowa VENUS (dwustopniowa regulacja intensywności w zakresie 8000 lub 22 500 luksów, praca głowicy w dwóch płaszczyznach), zagłówek z blokadą mechaniczną i pracą w dwóch płaszczyznach. Urządzenie przeznaczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Poza zakresem opracowania
4	Asystor stomatologiczny mobilny o wym. 54x51 z regulacją wysokości w zakresie od 96,5cm do 117cm, średnica podstawy 65cm. Asystor wyposażony w system jezdy. Korpus szafki z materiału o wysokiej wytrzymałości, podstawa i kolumna gazowa chromowana blat szklany. Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Poza zakresem opracowania
5	Biurko lekarskie o wym.: 140x80x74 z podwieszonym kontenerem z dwoma metalowymi szufladami dostosowanymi do formatów na karty chorób pacjentów. Szuflady z zamkiem centralnym. Konstrukcja wykonana w sposób pozwalający na łatwe utrzymanie czystości. Blat biurka wykonany z płyty laminowanej. Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Poza zakresem opracowania
6	Szafa lekarska o wym.: 80x43,5x189 na kółkach Korpus szafy wykonany z blachy gr.0,8 mm. Szafa dzielona na dwie komory, górna z drzwiami przeszklonymi (szkło bezpieczne) z półkami szklanymi (szkło bezpieczne) przestawnymi co 25mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna komora z półką metalową z drzwiami metalowymi. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglującym drzwi w dwóch punktach. Szafa na 4 kółkach (2 z hamulcami). Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Poza zakresem opracowania

POMIESZCZENIE NR A.1.2.21 – GABINET STOMATOLOGA		
7	Ciąg roboczy ze zlewem. Pełna wysokość robocza blatu z szafkami i blatem wynosi 92cm. Blat z kompozytu kwarcowo-granitowego z domieszką żywicy poliestrowej, grubość blatu 20mm, z obrzeżem podniesionym (z 3 stron). W blacie osadzone 2 komory zlewu (podwieszone) wykonane z materiału analogicznego jak blat oraz bateria stojąca. Szafki stojące podblatowe: • 1x szafka pod komorę zlewozmywakową szerokości 120cm. • 4x szafka z 4 szufladami o szerokości 60cm. każda szafka na 4. nogach ze stali nierdzewnej zapewniającymi możliwość regulacji wysokości. Mebel przeznaczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Poza zakresem opracowania
8	Chłodziarka farmaceutyczna o wym. 480x516x787mm Funkcje i wyposażenie: • elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem, zakres temperatur: +2 / +10 • chłodzenie dynamiczne, system przeciwwamrożeńowy, automatyczne odszranianie • alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temp. oraz alarm otwartych drzwi • samodomykające się drzwi wyposażone w zamek drzwi • wnętrze ze stali AISI 304 z półkami metalowymi plastyfikowanymi • automatyczne odparowanie kondensatu • regulowane nogi, korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor RAL Urządzenie przeznaczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Zasilanie: 230V Poza zakresem opracowania
9	Kompresor do zasilania jednego unitu w szafce wyciszającej o wym. 56x64x125cm. Bezolejowy kompaktowy kompresory z jednostką ssącą. Pojemność zbiornika 25 litrów. Pompa ssąca w dodatkowej obudowie wyciszającej. Wydajność kompresora: 75 l.min⁻¹/ 5 bar. Ssąca wydajność kompresora 105 l.min⁻¹ Urządzenie przeznaczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Zasilanie: 230V Poza zakresem opracowania

POMIESZCZENIE NR A.1.2.21 – GABINET STOMATOLOGA		
10	Autoklaw klasy B o wym. 443x562x428mm wyposażony w wydajną pompę próżniową umożliwiającą wykonywanie próżni wstępnej frakcyjnej dla zapewnienia lepszej penetracji przez parę wodną w czasie procesu sterylizacji. Suszenie próżniowe. Autoklaw wyposażony w dwa zbiorniki po 4 l każdy oraz filtr bakteriologiczny. Autoklaw w zależności od wsadu i temperatury sterylizacji posiada cykle spełniające wymagania skutecznej sterylizacji w zakresie klasy B. Procesy autoklawu: • nieopakowane: temperatura 134 st. C i czasie trwania procesu sterylizacji 3min (czas całkowity 20min) ; • opakowane: temperatura 134 st. C i czasie trwania procesu sterylizacji 12min; • porowate: temperatura 121 st. C i czasie trwania procesu sterylizacji 30min; • specjalny temperatura od 105 do 135 st. C i czasie trwania procesu sterylizacji od 3 do 99min (dla materiałów litych lub porowatych); • test sprawności urządzenia; Autoklaw posiada potrójne zabezpieczenie drzwi zapobiegające przypadkowemu otwarciu drzwi podczas procesu sterylizacji, oraz system schładzania urządzenia który powoduje że narzędzia wyciągane zostaną o temperaturze bezpiecznej dla człowieka. Dane techniczne: pojemność komory: 19,5l / wymiary wewnętrzne komory: 390x240mm / waga: 55kg. Urządzenie przeznaczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia.	Zasilanie: 230V Poza zakresem opracowania

UWAGA:

Do pomieszczenia gabinetu stomatologicznego i pomieszczenia pielęgniarki należy przewidzieć media i podejścia instalacyjne – o ile są wymagane. dla urządzeń jak wyżej (uwzględniając ich aranżację)